



T.C.
KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Teknik Şartname Formu

Cerrobend Teknik Şartnamesi

1. Erime sıcaklığı 70 °C olmalıdır.
2. Elemental analiz oranları Bizmut (Bi): %50, Kurşun (Pb): %26.70, Kalay (Sn): %13.30, Kadmiyum (Cd): %10 şeklinde olmalıdır.
3. 500-600 gram arasında değişen külçeler halinde üretilmiş olmalıdır.