

Gümüş-Gümüş Klorür (Ag/AgCl) Referans Elektrot Teknik Şartnamesi

- Elektrodun toplam uzunluğu en fazla 7,5 cm ve çapı en fazla 6 mm olmalıdır.
- Elektrot cam malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Elektrodun en az 1,5 cm uzunluğunda esnek bağlantı kablosu ve altın kaplı bağlantı teli olmalıdır.
- Elektrodun çözeltiyle temas eden bölümü iyon geçirgen cam frit (Vycor frit) olmalıdır.
- Elektrot ile birlikte silikon halkası verilmelidir.
- Ürün ile ilgili katalog verilmelidir.

Platin Tel Karşıt Elektrot Teknik Şartnamesi

- Platin telin toplam uzunluğu en az 7,5 cm ve çapı en az 0,5mm olmalıdır.
- Platin telin en az 1,5 cm uzunluğu en fazla 6 mm çapında CTFE polimer bloğuna gömülü olmalıdır.
- 0,5 mm çapında altın kaplama konnektörü ve silikon halkası bulunmalıdır.