

## ELISA KİT 96 TEST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit ELISA yöntemi ile çalışmalı ve 96 well plate den oluşmalıdır.
2. 450 nm dalga boyunda okuma yapabilmelidir.
3. Ürün üzerinde kullanıcı için detaylı uygulama bilgileri yer almalıdır.
4. ELISA kiti serum ve plasma örneklerinden çalışmalıdır.
5. Ürün miadı en az 6 ay olmalıdır.
6. Kiti sağlayan firma ISO 13485:2016 belgesini ibraz etmelidir.
7. Ürün ithalatçı firma tarafından 5 gün içinde uygun koşullar altında teslim etmelidir.
8. Teklif verilen ürünler daha önce laboratuvarında kullanılmış olmalıdır. Kullanılmamış ise mutlaka numune verilmelidir.
9. Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
10. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
11. Ürünler elden teslim edilecektir.
12. Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.
14. Firma bünyesinde aplikasyon uzmanı olmalıdır. Çalışma süresince laboratuvarında teknik destek vermelidir.

## **NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1-Numune taşıma çantasının 31\*25\*21 +2cm ve 7,5lt olmalıdır.**

**2-Çantanın üzerinde dijital ısı göstergesi bulunmalıdır.**

**3-Çanta dayanıklı pvc maddeden yapılmış olmalıdır.**

**4-Kapağın üzerinde ani açılmaları önleyici kilit sistemi olmalıdır.**

**5- Her çanta içerisinde tekrar kullanılabilir 6 adet jelli buz paketi olmalıdır.**

# **TEKNİK ŞARTNAME**

## **Blue Cap Salivette Cortisol sample container, with swab**

- İnsan tükürüğünden kortizol tayini için kullanıma uygun olmalıdır.
- 97x16.8mm ölçüsünde olmalı, hasta kayıt yazılabilir alanlı olmalıdır.
- Üç yaşından sonra kullanıma uygun olmalı,ağız içine yerleştirilen sentetik swap içermelidir.
- Sterilite tarihleri ve lot noları,malzemenin dış ve iç ambalajında, malzemenin kendi yüzeyinde yazmalıdır.
- Bununla birlikte malzemenin lot numarasına göre,analiz sertifikalarında teslimatta mutlaka verilmelidir.
- Ürün ithalatçı firma tarafından 5 gün içinde uygun koşullar altında teslim edilmelidir.
- Çalışmayan ürün,yüklenici firma tarafından,en geç 7 gün içerisinde yenisiyle değiştirilmelidir.
- Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.
- Ürünler elden teslim edilecektir.
- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.
- Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.