

CK, LDH, TOTAL KARNİTİN KİT

1. KİTLER 2 REAKTİFTEN OLUŞMALI VE İÇERİSİNDE 2 SEVİYE KONTROL SERUMU OLMALIDIR.
2. KİTİN İÇERİĞİNDE HER ŞEY LİKİT OLMALIDIR. LİYOFİLİZE BİR ŞEY OLMAMALIDIR.
3. KOLORİMETRİK PRENSİPLE ÇALIŞMALI VE TAM OTOMATİK ANALİZÖR İÇİN APLİKASYON KODLARI VERİLMELİDİR.
4. EREL METODUNA UYGUN OLMALIDIR.
5. KULLANILACAK KİTİN REAKTİFLERİ AÇILDIKTAN SONRA 3 AY BOYUNCA STABİL KALMALI, İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKRAR ÇALIŞMASI YAPILABİLMELİDİR.
6. KULLANILACAK KİTLERİN EN AZ 50 ŞER SCI YAYINI OLMALIDIR.
7. KULLANILACAK KİTLERİN CV DEĞERLERİ %2 Yİ GEÇMEMELİDİR.