

Hidrojen Gazı Dolumu Teknik Şartnamesi

1. Gaz %99,999 saflığında sıkıştırılmış hidrojen olmalıdır.
2. Gaz basıncı 200 bar olmalıdır.
3. 50 litre tüp hidrojen gazı ile doldurulacaktır.
4. Yüklenici firma tarafından 7 kere dolum yapılacaktır.
5. Boş tüp tarafımızca temin edilecektir.

Azot Gazı Tüpü Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Gaz %99,999 saflığında sıkıştırılmış azot olmalıdır.
2. Cihaz basıncı 230 bar olmalıdır.
3. 50 litre tüp azot gazı ile doldurulacaktır.
4. Yüklenici firma tarafından 1 kere dolum yapılacaktır.
5. Boş tüp tarafımızca temin edilecektir.